

# 永安市卫生健康局文件

永卫〔2024〕70号

## 永安市卫生健康局关于永安市燕西街道社区卫生服务中心、永安嘉桦医院设置 X 射线影像诊断的建设项目放射性职业病防护设施竣工验收的申请批复

永安市燕西街道社区卫生服务中心、永安嘉桦医院：

你们单位提交的《关于永安市燕西街道社区卫生服务中心设置 X 射线影像诊断的建设项目放射性职业病防护设施竣工验收的申请批复》、《关于永安嘉桦医院新建医用 X 射线影像诊断的建设项目放射性职业病防护设施竣工验收的申请批复》、《永安市燕西街道社区卫生服务中心 X 射线影像诊断建设项目放射性

职业病危害控制效果评价报告表》（MYZK-20230086）、《永安嘉桦医院 X 射线影像诊断建设项目放射性职业病危害控制效果评价报告表》（KP23350944）收悉。根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》（卫生部令第 46 号）、《福建省放射诊疗建设项目卫生审查管理规定实施细则》（闽卫监督〔2014〕93 号）、《福建省卫生健康委员会关于进一步规范医疗机构放射诊疗建设项目审查管理有关工作的通知》（闽卫职健〔2022〕35 号）等规定，我局对你们单位新建 X 射线影像诊断建设项目放射性职业病防护设施进行了现场审查。审查结果为永安市燕西街道社区卫生服务中心、永安嘉桦医院 X 射线影像诊断建设项目放射性职业病防护设施及危害控制符合职业病防治法律、法规和标准的要求，验收合格，准予建设项目放射性职业病防护设施投入使用。请你们单位按有关规定办理《放射诊疗许可证》后，方可开展放射诊疗工作。

此复。

附件：永安市燕西街道社区卫生服务中心竣工验收的项目类别清单、永安嘉桦医院竣工验收的项目类别清单

永安市卫生健康局

2024 年 7 月 24 日

## 附件

### 永安市燕西街道社区卫生服务中心竣工验收的项目类别清单

序号	名称	型号	生产厂家	设备编号	主要参数	所在位置	备注
1	数字化X射线摄影系统	Udi260i	上海联影医疗科技股份有限公司	522627	150kV 650mA	三楼DR 机房	X射线影像诊断
	以下空白						

### 永安嘉桦医院竣工验收的项目类别清单

序号	名称	型号	生产厂家	设备编号	主要参数	所在位置	备注
1	X射线计算机体层摄影设备	Quantum CT Q576	宽腾（北京）医疗器械有限公司	3Q576F000 16	140kV 400mA	二号楼一楼放射科CT室	X射线影像诊断
	以下空白						